



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

На медицинское изделие

Дозатор пипеточный электронный одноканальный и многоканальный Sartorius с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой", Финляндия,  
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, FI-00880 Helsinki, Finland

Производитель

"Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой", Финляндия,  
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, FI-00880 Helsinki, Finland

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-32834/16476 от 08.05.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 17 листах

приказом Росздравнадзора от 27 октября 2020 года № 9846  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0052736



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 1

На медицинское изделие

**Дозатор пипеточный электронный одноканальный и многоканальный Sartorius с принадлежностями, в вариантах исполнения:**

I. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 0,2-10 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 0,2-10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Смазка (при необходимости).
5. Ванночка для реагентов (при необходимости).
6. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
7. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
8. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
9. Пробный наконечник 10 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
  2. Линейная стойка-штатив.
- II. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 5-120 мкл, в составе:
1. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 5-120 мкл.
  2. Инструкция по эксплуатации.
  3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
  4. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
  5. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
  6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
  7. Смазка (при необходимости).
  8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
  9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
  10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
  11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0076600



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 2

12. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
  2. Линейная стойка-штатив.
- III. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 10-300 мкл, в составе:
1. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 10-300 мкл.
  2. Инструкция по эксплуатации.
  3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
  4. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
  5. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
  6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
  7. Смазка (при необходимости).
  8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
  9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
  10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
  11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
  12. Пробный наконечник 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
  13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
  2. Линейная стойка-штатив.
- IV. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 50-1000 мкл, в составе:
1. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 50-1000 мкл.
  2. Инструкция по эксплуатации.
  3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
  4. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0076599



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 3

5. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 1000 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

V. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 100-5000 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 100-5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 5000 мкл - не более 12 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

VI. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 500-10000 мкл, в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0076598



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 4

1. Дозатор электронный 1-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 500-10000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 10000 мкл - не более 12 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

VII. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 0,2-10 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 0,2-10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Смазка (при необходимости).
5. Ванночка для реагентов (при необходимости).
6. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
7. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
8. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus NxT (при необходимости).
9. Пробный наконечник 10 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

VIII. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0076597**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 5

дозирования 5-120 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 5-120 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный - не более 24 шт.  
(при необходимости).
5. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий - не более 24 шт.  
(при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus NxT (при необходимости).
12. Пробный наконечник 200 мкл и 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл  
(при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

IX. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 10-300 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 10-300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный - не более 24 шт.  
(при необходимости).
5. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий - не более 24 шт.  
(при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0076596



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 6

11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus NxT (при необходимости).
12. Пробный наконечник 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).


Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
  2. Линейная стойка-штатив.
- X. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 50-1000 мкл, в составе:
1. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 50-1000 мкл.
  2. Инструкция по эксплуатации.
  3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
  4. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
  5. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
  6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
  7. Смазка (при необходимости).
  8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
  9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
  10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
  11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus NxT (при необходимости).
  12. Пробный наконечник 1000 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
  13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
  2. Линейная стойка-штатив.
- XI. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 100-5000 мкл, в составе:
1. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 100-5000 мкл.
  2. Инструкция по эксплуатации.
  3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
  4. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный - не более 24 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

  
А.В. Самойлова

0076595



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 7

(при необходимости).

5. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий - не более 24 шт.

(при необходимости).

6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).

7. Смазка (при необходимости).

8. Ванночка для реагентов (при необходимости).

9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).

10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).

11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus NxT (при необходимости).

12. Пробный наконечник 5000 мкл - не более 12 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

2. Линейная стойка-штатив.

ХII. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 500-10000 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 500-10000 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

4. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный - не более 24 шт.

(при необходимости).

5. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий - не более 24 шт.

(при необходимости).

6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).

7. Смазка (при необходимости).

8. Ванночка для реагентов (при необходимости).

9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).

10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).

11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus NxT (при необходимости).

12. Пробный наконечник 10000 мкл - не более 12 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

2. Линейная стойка-штатив.

ХIII. Дозатор электронный 8-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 0,2 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 8-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0076594**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 8

0,2 - 10 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

4. Смазка (при необходимости).

5. Ванночка для реагентов (при необходимости).

6. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).

7. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).

8. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).

9. Пробный наконечник 10 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).

10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

2. Линейная стойка-штатив.

XIV. Дозатор электронный 8-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 5 - 120 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 8-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 5 - 120 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

4. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).

5. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).

6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).

7. Смазка (при необходимости).

8. Ванночка для реагентов (при необходимости).

9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).

10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).

11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).

12. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).

13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

2. Линейная стойка-штатив.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0076593



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 9

XV. Дозатор электронный 8-канальный Pícus с варьируемым объемом дозирования 10 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 8-канальный Pícus с варьируемым объемом дозирования 10 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Pícus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XVI. Дозатор электронный 8-канальный Pícus с варьируемым объемом дозирования 50 - 1200 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 8-канальный Pícus с варьируемым объемом дозирования 50 - 1200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

  
А.В. Самойлова

0076592



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 10

10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 1200 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XVII. Дозатор электронный 8-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 0,2 - 10 мкл, в составе.

1. Дозатор электронный 8-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 0,2 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Смазка (при необходимости).
5. Ванночка для реагентов (при необходимости).
6. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
7. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
8. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
9. Пробный наконечник 10 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XVIII. Дозатор электронный 8-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 5 - 120 мкл, в составе.

1. Дозатор электронный 8-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 5 - 120 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0076591



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 11

7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XIX. Дозатор электронный 8-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 10 - 300 мкл, в составе.

1. Дозатор электронный 8-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 10 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).

6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).

7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XX. Дозатор электронный 8-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 50 - 1200 мкл, в составе.

1. Дозатор электронный 8-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0076590**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 12

50 - 1200 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 1200 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XXI. Дозатор электронный 12-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 0,2 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 12-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 0,2 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Смазка (при необходимости).
5. Ванночка для реагентов (при необходимости).
6. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
7. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
8. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
9. Пробный наконечник 10 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).

10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0076589**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 13

XXII. Дозатор электронный 12-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 5 - 120 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 12-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 5 - 120 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XXIII. Дозатор электронный 12-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 10 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 12-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 10 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0076588



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 14

10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XXIV. Дозатор электронный 12-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 50 - 1200 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 12-канальный Picus с варьируемым объемом дозирования 50 - 1200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 1200 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XXV. Дозатор электронный 12-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 0,2 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 12-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 0,2 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0076587



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 15

4. Смазка (при необходимости).
5. Ванночка для реагентов (при необходимости).
6. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
7. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
8. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
9. Пробный наконечник 10 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XXVI. Дозатор электронный 12-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 5 - 120 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 12-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 5 - 120 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный - не более 24 шт. (при необходимости).
5. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий - не более 24 шт. (при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XXVII. Дозатор электронный 12-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования 10 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 12-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0076586**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 16

- 10 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный - не более 24 шт.  
(при необходимости).
5. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий - не более 24 шт.  
(при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 350 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).
13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл  
(при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

XXVIII. Дозатор электронный 12-канальный Picus NxT с варьруемым объемом дозирования 50 - 1200 мкл, в составе:

1. Дозатор электронный 12-канальный Picus NxT с варьруемым объемом дозирования 50 - 1200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
4. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный - не более 24 шт.  
(при необходимости).
5. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий - не более 24 шт.  
(при необходимости).
6. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного (при необходимости).
7. Смазка (при необходимости).
8. Ванночка для реагентов (при необходимости).
9. Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора (при необходимости).
10. Зарядная стойка для 4-х электронных дозаторов (при необходимости).
11. Зарядное устройство для 1-го дозатора Picus (при необходимости).
12. Пробный наконечник 1200 мкл - не более 96 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

  
А.В. Самойлова

0076585



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 октября 2020 года № РЗН 2020/12305

Лист 17

13. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл  
(при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Линейная стойка-штатив.

Место производства:

1. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, FI-00880 Helsinki, Finland.
2. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Tietokatu 4, FI-87400 Kajaani, Finland.

≠



Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0076584