



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 декабря 2015 года № РЗН 2015/2554

На медицинское изделие

Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Обществу с ограниченной ответственностью "Хлопчатобумажная компания Навтекс" (ООО "ХБК Навтекс"), Россия,
155830, Ивановская область, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Хлопчатобумажная компания Навтекс" (ООО "ХБК Навтекс"), Россия,
155830, Ивановская область, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

Место производства медицинского изделия

155830 Ивановская область, г. Наволоки ул. Промышленная д. 1

Номер регистрационного досье № РД-9354/49577 от 26.11.2015

Вид медицинского изделия 223580

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9370

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 18 декабря 2015 года № 9479
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0015793

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 декабря 2015 года № РЗН 2015/2554

Лист 1

На медицинское изделие

Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014.:

1. Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см:

2,5±0,2 x 1,5±0,2; 2,5±0,2x2,5±0,2;
3,2±0,2x1,5±0,2;
4,0±0,2x1,4±0,2; 4,0±0,2x1,5±0,2; 4,0±0,2x2,5±0,2; 4,0±0,2x2,8±0,2; 4,0±0,2x3,5±0,2;
5,0±0,5x5,0±0,5;
5,5±0,5x1,5±0,2; 5,5±0,5x2,5±0,2; 5,5±0,5x3,5±0,2;
7,5±0,5x3,5±0,2; 7,5±0,5x5,0±0,5; 7,5±0,5x7,5±0,5; 7,5±0,5x9,5±0,5;
8,0±0,5x1,5±0,2; 8,0±0,5x1,75±0,2; 8,0±0,5x2,5±0,2; 8,0±0,5x3,5±0,2; 8,0±0,5x4,5±0,2;
8,0±0,5x7,0±0,2;
9,0±0,5x3,5±0,2;
10,0±0,5x5,0±0,5; 10,0±0,5x6,0±0,5; 10,0±0,5x7,5±0,5; 10,0±0,5x10,0±0,5;
11,5±0,5x2,5±0,2; 11,5±0,5x2,9±0,2; 11,5±0,5x3,5±0,2; 11,5±0,5x5,0±0,5;
11,5±0,5x6,0±0,5; 11,5±0,5x7,25±0,5; 11,5±0,5x8,5±0,5; 11,5±0,5x9,5±0,5;
11,5±0,5x11,5±0,5; 11,5±0,5x14,5±1,0; 14,0±0,5x8,5±0,5;
15,0±1,0x3,5±0,2; 15,0±1,0x5,0±0,5; 15,0±1,0x7,5±0,5; 15,0±1,0x10,0±0,5;
15,0±1,0x14,5±1,0;
16,0±1,0x7,0±0,5;
16,0±1,0x14,0±1,0;
17,5±1,0x5,5±0,5; 17,5±1,0x6,8±0,5; 17,5±1,0x8,5±0,5; 17,5±1,0x11,5±0,5;
17,5±1,0x13,5±0,5; 17,5±1,0x17,0±1,0;
20,0±1,0x10,0±0,5;
22,5±1,0x3,5±0,2; 22,5±1,0x4,5±0,5; 22,5±1,0x7,25±0,5; 22,5±1,0x9,5±0,5;
22,5±1,0x14,5±1,0;
23,5±1,0x8,5±0,2; 23,5±1,0x11,5±0,5;
23,5±1,0x17,0±1,0;
35,0±1,0x7,5±0,5; 35,0±1,0x8,5±0,5; 35,0±1,0x11,5±0,5; 35,0±1,0x17,0±1,0;
35,0±1,0x22,5±1,0; 35,0±1,0x34,0±1,0;
45,0±1,5x14,5±0,5; 45,0±1,5x29,0±1,5;
70,0±1,5x34,0±1,0; 70,0±1,5x68,0±1,5;
2. Салфетки марлевые медицинские стерильные в развернутом виде, см:
10,0±0,5x5,0±0,5; 10,0±0,5x10,0±0,5; 10,0±0,5x12,0±0,5; 10,0±0,5x15,0±0,5;
10,0±0,5x20,0±1,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0015850

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 декабря 2015 года № РЗН 2015/2554

Лист 2

15,0±1,0x7,5±0,5; 15,0±1,0x 10,0±0,5; 15,0±1,0x 15,0±1,0; 15,0±1,0x 20,0±1,0;
16,0±2,0x14,0±2,0;
20,0±1,0x10,0±0,5; 20,0±1,0x12,0±0,5; 20,0±1,0x15,0±1,0; 20,0±1,0x18,0±1,0;
20,0±1,0x20,0±1,0;
22,5±1,0x15,0±1,0; 22,5±1,0x20,0±1,0;
25,0±1,0x20,0±1,0;
30,0±1,0x10,0±0,5; 30,0±1,0x12,0±1,0; 30,0±1,0x15,0±1,0; 30,0±1,0x20,0±1,0;
30,0±1,0x22,5±1,0; 30,0±1,0x30,0±1,0;
37,5±1,0x30,0±1,0;
40,0±1,5x10,0±0,5; 40,0±1,5x15,0±1,0; 40,0±1,5x18,0±1,0; 40,0±1,5x20,0±1,0;
40,0±1,5x22,5±1,0; 40,0±1,5x24,0±1,0; 40,0±1,5x25,0±1,0; 40,0±1,5x30,0±1,0;
40,0±1,5x40,0±1,5;
45,0±1,5x10,0±0,5; 45,0±1,5x15,0±1,0; 45,0±1,5x20,0±1,0; 45,0±1,5x22,5±1,0;
45,0±2,5x29,0±2,0; 45,0±1,5x30,0±1,0; 45,0±1,5x45,0±1,5;
50,0±1,5x20,0±1,0; 50,0±1,5x24,0±1,0; 50,0±1,5x30,0±1,0; 50,0±1,5x40,0±1,5;
60,0±1,5x10,0±0,5; 60,0±1,5x12,0±0,5; 60,0±1,5x15,0±1,0; 60,0±1,5x18,0±1,0;
60,0±1,5x20,0±1,0; 60,0±1,5x22,5±1,0; 60,0±1,5x24,0±1,0; 60,0±1,5x30,0±1,0;
60,0±1,5x36,0±1,0; 60,0±1,5x37,5±1,0;
60,0±1,5x40,0±1,5; 60,0±1,5x45,0±1,5; 60,0±1,5x60,0±1,5;
67,5±1,5x15,0±1,0;
70,0±1,5x68,0±1,5;
75,0±1,5x30,0±1,0; 75,0±1,5x40,0±1,5;
80,0±1,5x10,0±0,5; 80,0±1,5x12,0±1,0; 80,0±1,5x15,0±1,0; 80,0±1,5x18,0±1,0;
80,0±1,5x20,0±1,0; 80,0±1,5x22,5±1,0; 80,0±1,5x24,0±1,0; 80,0±1,5x25,0±1,0;
80,0±1,5x30,0±1,0; 80,0±1,5x36,0±1,0; 80,0±1,5x37,5±1,0; 80,0±1,5x40,0±1,5;
80,0±1,5x45,0±1,5; 80,0±1,5x50,0±1,5; 80,0±1,5x60,0±1,5;
90,0±1,5x10,0±0,5; 90,0±1,5x12,0±1,0; 90,0±1,5x15,0±1,0; 90,0±1,5x20,0±1,0;
90,0±1,5x30,0±1,0; 90,0±1,5x40,0±1,5; 90,0±1,5x60,0±1,5;
100,0±2,0x20,0±1,0; 100,0±2,0x24,0±1,0; 100,0±2,0x30,0±1,5; 100,0±2,0x40,0±1,5;
120,0±2,0x20,0±1,0; 120,0±2,0x24,0±1,0; 120,0±2,0x30,0±1,5; 120,0±2,0x40,0±1,5;
120,0±2,0x50,0±1,5; 120,0±2,0x60,0±1,5;
135,0±2,0x20,0±1,0;
150,0±2,0x40,0±1,5;
180,0±2,0x40,0±1,5;

3. Салфетки марлевые медицинские стерильные с рентгеноконтрастной нитью в готовом (сложенном) виде, см:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0015851



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 декабря 2015 года № РЗН 2015/2554

Лист 3

5,0±0,5x5,0±0,5;
7,5±0,5x5,0±0,5; 7,5±0,5x7,5±0,5; 7,5±0,5x9,5±0,5;
8,0±0,5x4,5±0,2; 8,0±0,5x7,0±0,5;
10,0±0,5x5,0±0,5; 10,0±0,5x6,0±0,5; 10,0±0,5x7,5±0,5; 10,0±0,5x10,0±0,5;
11,5±0,5x5,0±0,5; 11,5±0,5x6,0±0,5; 11,5±0,5x7,25±0,5; 11,5±0,5x8,5±0,5;
11,5±0,5x9,5±0,5; 11,5±0,5x11,5±0,5; 11,5±0,5x14,5±1,0;
14,0±0,5x8,5±0,5;
15,0±1,0x5,0±0,5; 15,0±1,0x7,5±0,5; 15,0±1,0x10,0±0,5; 15,0±1,0x14,5±0,5;
16,0±1,0x7,0±0,5; 16,0±1,0x14,0±1,0;
17,5±1,0x5,5±0,5; 17,5±1,0x6,8±0,5; 17,5±1,0x8,5±0,5; 17,5±1,0x11,5±0,5;
17,5±1,0x13,5±0,5; 17,5±1,0x17,0±1,0;
20,0±1,0x10,0±0,5;
22,5±1,0x7,25±0,5; 22,5±1,0x9,5±0,5; 22,5±1,0x14,5±0,5;
23,5±1,0x8,5±0,2; 23,5±1,0x11,5±0,5; 23,5±1,0x17,0±1,0;
35,0±1,0x7,5±0,5; 35,0±1,0x8,5±0,5; 35,0±1,0x11,5±0,5; 35,0±1,0x17,0±1,0;
35,0±1,0x22,5±1,0; 35,0±1,0x34,0±1,0;
4. Салфетки марлевые медицинские стерильные с рентгеноконтрастной нитью в развернутом виде, см:
10,0±0,5x5,0±0,5; 10,0±0,5x10,0±0,5; 10,0±0,5x12,0±0,5; 10,0±0,5x15,0±0,5;
10,0±0,5x20,0±1,0;
15,0±1,0x7,5±0,5; 15,0±1,0x10,0±0,5; 15,0±1,0x15,0±1,0; 15,0±1,0x20,0±1,0;
16,0±2,0x14,0±2,0;
20,0±1,0x10,0±0,5; 20,0±1,0x12,0±0,5; 20,0±1,0x15,0±1,0; 20,0±1,0x18,0±1,0;
20,0±1,0x20,0±1,0;
22,5±1,0x15,0±1,0; 22,5±1,0x20,0±1,0;
25,0±1,0x20,0±1,0;
30,0±1,0x10,0±0,5; 30,0±1,0x12,0±1,0; 30,0±1,0x15,0±1,0; 30,0±1,0x20,0±1,0;
30,0±1,0x22,5±1,0; 30,0±1,0x30,0±1,0;
37,5±1,0x30,0±1,0;
40,0±1,5x10,0±0,5; 40,0±1,5x15,0±1,0; 40,0±1,5x18,0±1,0; 40,0±1,5x20,0±1,0;
40,0±1,5x22,5±1,0; 40,0±1,5x24,0±1,0; 40,0±1,5x25,0±1,0; 40,0±1,5x30,0±1,0;
40,0±1,5x40,0±1,5;
45,0±1,5x10,0±0,5; 45,0±1,5x15,0±1,0; 45,0±1,5x20,0±1,0; 45,0±1,5x22,5±1,0;
45,0±2,5x29,0±2,0; 45,0±1,5x30,0±1,0; 45,0±1,5x45,0±1,5;
50,0±1,5x20,0±1,0; 50,0±1,5x24,0±1,0; 50,0±1,5x30,0±1,0; 50,0±1,5x40,0±1,5;
60,0±1,5x10,0±0,5; 60,0±1,5x12,0±0,5; 60,0±1,5x15,0±1,0; 60,0±1,5x18,0±1,0;
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0015852



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 декабря 2015 года № РЗН 2015/2554

Лист 4

60,0±1,5x20,0±1,0; 60,0±1,5x22,5±1,0; 60,0±1,5x24,0±1,0; 60,0±1,5x30,0±1,0;
60,0±1,5x36,0±1,0; 60,0±1,5x37,5±1,0; 60,0±1,5x40,0±1,5; 60,0±1,5x45,0±1,5;
60,0±1,5x60,0±1,5;
67,5±1,5x15,0±0,5;
70,0±1,5x68,0±1,5;
75,0±1,5x30,0±1,0; 75,0±1,5x40,0±1,5;
80,0±1,5x10,0±0,5; 80,0±1,5x12,0±0,5; 80,0±1,5x15,0±0,5; 80,0±1,5x18,0±1,0;
80,0±1,5x20,0±1,0; 80,0±1,5x22,5±1,0; 80,0±1,5x24,0±1,0; 80,0±1,5x25,0±1,0;
80,0±1,5x30,0±1,0; 80,0±1,5x36,0±1,0; 80,0±1,5x37,5±1,0; 80,0±1,5x40,0±1,5;
80,0±1,5x45,0±1,5; 80,0±1,5x50,0±1,5; 80,0±1,5x60,0±1,5;
90,0±1,5x10,0±0,5; 90,0±1,5x12,0±0,5; 90,0±1,5x15,0±0,5; 90,0±1,5x20,0±1,0;
90,0±1,5x30,0±1,0; 90,0±1,5x40,0±1,5; 90,0±1,5x60,0±1,5;
100,0±2,0x20,0±1,0; 100,0±2,0x24,0±1,0; 100,0±2,0x30,0±1,5; 100,0±2,0x40,0±1,5;
120,0±2,0x20,0±1,0; 120,0±2,0x24,0±1,0; 120,0±2,0x30,0±1,5; 120,0±2,0x40,0±1,5;
120,0±2,0x50,0±1,5; 120,0±2,0x60,0±1,5;
135,0±2,0x20,0±1,0;
150,0±2,0x40,0±1,5;
180,0±2,0x40,0±1,5;

5. Салфетки марлевые медицинские стерильные с Y-образным вырезом в готовом (сложенном) виде:

5,0±0,5x5,0±0,5;
7,5±0,5x5,0±0,5; 7,5±0,5x7,5±0,5; 7,5±0,5x9,5±0,5;
8,0±0,5x4,5±0,2; 8,0±0,5x7,0±0,5;
10,0±0,5x5,0±0,5; 10,0±0,5x6,0±0,5; 10,0±0,5x7,5±0,5; 10,0±0,5x10,0±0,5;
11,5±0,5x5,0±0,5; 11,5±0,5x6,0±0,5; 11,5±0,5x7,25±0,5; 11,5±0,5x8,5±0,5;
11,5±0,5x9,5±0,5; 11,5±0,5x11,5±0,5;
14,0±0,5x8,5±0,5;
15,0±1,0x5,0±0,5; 15,0±1,0x7,5±0,5; 15,0±1,0x10,0±0,5;

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0015858

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажная компания «Навтекс»
(ООО «ХБК Навтекс»)

наименование организации принявшей декларацию о соответствии
Зарегистрирован(а) Инспекция Федеральной палатовой службы г. Иваново, дата регистрации
02.11.2015, ОГРН: 1133703000804

сведения о регистрации организации
155850 Ивановская область, г.Наволоки, ул. Промышленная, 1, телефон +7(49331) 9-79-22,
факс + 7 49331 9-77-32 E-mail: info@p-fatm.ru

в лице Генерального директора Столяровой Ирины Вячеславовны

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)
заявляет, что Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014.

1. Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоев, см: 2,5-0,2x1,5-0,2; 2,5+0,2x2,5-0,2; 3,2+0,2x1,5+0,2; 4,0+0,2x1,4+0,2; 4,0+0,2x1,5-0,2; 4,0+0,2x2,5+0,2; 4,0+0,2x2,8+0,2; 4,0+0,2x3,5+0,2; 5,0+0,5x5,0±0,5; 5,5+0,5x1,5+0,2; 5,5+0,5x2,5+0,2; 5,5+0,5x3,5±0,2; 7,5-0,5x3,5±0,2; 7,5-0,5x5,0±0,5; 7,5±0,5x7,5±0,5; 7,5+0,5x9,5±0,5; 8,0±0,5x1,5±0,2; 8,0±0,5x1,75+0,2; 8,0±0,5x2,5+0,2; 8,0±0,5x3,5±0,2; 8,0±0,5x4,5±0,2; 8,0±0,5x7,0±0,2; 9,0±0,5x3,5±0,2; 10,0±0,5x5,0±0,5; 10,0±0,5x6,0±0,5; 10,0±0,5x7,5±0,5; 10,0±0,5x10,0±0,5; 11,5±0,5x2,5±0,2; 11,5±0,5x2,9±0,2; 11,5±0,5x3,5±0,2; 11,5±0,5x5,0±0,5; 11,5±0,5x6,0±0,5; 11,5±0,5x7,25±0,5; 11,5±0,5x8,5±0,5; 11,5±0,5x9,5±0,5; 15,0±1,0x7,5±0,5; 15,0±1,0x8,5±0,5; 15,0±1,0x14,5±1,0; 14,0±0,5x8,5±0,5; 15,0±1,0x3,5±0,2; 15,0±1,0x5,0±0,5; 15,0±1,0x7,0±0,5; 15,0±1,0x8,5±0,5; 17,5±1,0x14,5±1,0; 16,0±1,0x7,0±0,5; 16,0±1,0x14,0±1,0; 17,5±1,0x5,5±0,5; 17,5±1,0x6,8±0,5; 17,5±1,0x8,5±0,5; 17,5±1,0x11,5±0,5; 17,5±1,0x13,5±0,5; 17,5±1,0x15,5±0,5; 17,5±1,0x17,0±1,0; 20,0±1,0x10,0±0,5; 22,5±1,0x7,25±0,5; 22,5±1,0x9,5±0,5; 22,5±1,0x11,5±0,5; 22,5±1,0x13,5±0,5; 22,5±1,0x15,5±0,5; 22,5±1,0x17,0±1,0; 22,5±1,0x22,5±1,0; 22,5±1,0x25,0±1,0; 22,5±1,0x27,5±1,0; 22,5±1,0x30,0±1,0; 22,5±1,0x33,0±1,0; 22,5±1,0x35,0±1,0; 22,5±1,0x37,5±1,0; 22,5±1,0x40,0±1,0; 22,5±1,0x45,0±1,0; 22,5±1,0x50,0±1,0; 22,5±1,0x55,0±1,0; 22,5±1,0x60,0±1,0; 22,5±1,0x65,0±1,0; 22,5±1,0x70,0±1,0; 22,5±1,0x75,0±1,0; 22,5±1,0x80,0±1,0; 22,5±1,0x85,0±1,0; 22,5±1,0x90,0±1,0; 22,5±1,0x95,0±1,0; 22,5±1,0x100,0±1,0; 22,5±1,0x105,0±1,0; 22,5±1,0x110,0±1,0; 22,5±1,0x115,0±1,0; 22,5±1,0x120,0±1,0; 22,5±1,0x125,0±1,0; 22,5±1,0x130,0±1,0; 22,5±1,0x135,0±1,0; 22,5±1,0x140,0±1,0; 22,5±1,0x145,0±1,0; 22,5±1,0x150,0±1,0; 22,5±1,0x155,0±1,0; 22,5±1,0x160,0±1,0; 22,5±1,0x165,0±1,0; 22,5±1,0x170,0±1,0; 22,5±1,0x175,0±1,0; 22,5±1,0x180,0±1,0; 22,5±1,0x185,0±1,0; 22,5±1,0x190,0±1,0; 22,5±1,0x195,0±1,0; 22,5±1,0x200,0±1,0; 22,5±1,0x205,0±1,0; 22,5±1,0x210,0±1,0; 22,5±1,0x215,0±1,0; 22,5±1,0x220,0±1,0; 22,5±1,0x225,0±1,0; 22,5±1,0x230,0±1,0; 22,5±1,0x235,0±1,0; 22,5±1,0x240,0±1,0; 22,5±1,0x245,0±1,0; 22,5±1,0x250,0±1,0; 22,5±1,0x255,0±1,0; 22,5±1,0x260,0±1,0; 22,5±1,0x265,0±1,0; 22,5±1,0x270,0±1,0; 22,5±1,0x275,0±1,0; 22,5±1,0x280,0±1,0; 22,5±1,0x285,0±1,0; 22,5±1,0x290,0±1,0; 22,5±1,0x295,0±1,0; 22,5±1,0x300,0±1,0; 22,5±1,0x305,0±1,0; 22,5±1,0x310,0±1,0; 22,5±1,0x315,0±1,0; 22,5±1,0x320,0±1,0; 22,5±1,0x325,0±1,0; 22,5±1,0x330,0±1,0; 22,5±1,0x335,0±1,0; 22,5±1,0x340,0±1,0; 22,5±1,0x345,0±1,0; 22,5±1,0x350,0±1,0; 22,5±1,0x355,0±1,0; 22,5±1,0x360,0±1,0; 22,5±1,0x365,0±1,0; 22,5±1,0x370,0±1,0; 22,5±1,0x375,0±1,0; 22,5±1,0x380,0±1,0; 22,5±1,0x385,0±1,0; 22,5±1,0x390,0±1,0; 22,5±1,0x395,0±1,0; 22,5±1,0x400,0±1,0; 22,5±1,0x405,0±1,0; 22,5±1,0x410,0±1,0; 22,5±1,0x415,0±1,0; 22,5±1,0x420,0±1,0; 22,5±1,0x425,0±1,0; 22,5±1,0x430,0±1,0; 22,5±1,0x435,0±1,0; 22,5±1,0x440,0±1,0; 22,5±1,0x445,0±1,0; 22,5±1,0x450,0±1,0; 22,5±1,0x455,0±1,0; 22,5±1,0x460,0±1,0; 22,5±1,0x465,0±1,0; 22,5±1,0x470,0±1,0; 22,5±1,0x475,0±1,0; 22,5±1,0x480,0±1,0; 22,5±1,0x485,0±1,0; 22,5±1,0x490,0±1,0; 22,5±1,0x495,0±1,0; 22,5±1,0x500,0±1,0; 22,5±1,0x505,0±1,0; 22,5±1,0x510,0±1,0; 22,5±1,0x515,0±1,0; 22,5±1,0x520,0±1,0; 22,5±1,0x525,0±1,0; 22,5±1,0x530,0±1,0; 22,5±1,0x535,0±1,0; 22,5±1,0x540,0±1,0; 22,5±1,0x545,0±1,0; 22,5±1,0x550,0±1,0; 22,5±1,0x555,0±1,0; 22,5±1,0x560,0±1,0; 22,5±1,0x565,0±1,0; 22,5±1,0x570,0±1,0; 22,5±1,0x575,0±1,0; 22,5±1,0x580,0±1,0; 22,5±1,0x585,0±1,0; 22,5±1,0x590,0±1,0; 22,5±1,0x595,0±1,0; 22,5±1,0x600,0±1,0; 22,5±1,0x605,0±1,0; 22,5±1,0x610,0±1,0; 22,5±1,0x615,0±1,0; 22,5±1,0x620,0±1,0; 22,5±1,0x625,0±1,0; 22,5±1,0x630,0±1,0; 22,5±1,0x635,0±1,0; 22,5±1,0x640,0±1,0; 22,5±1,0x645,0±1,0; 22,5±1,0x650,0±1,0; 22,5±1,0x655,0±1,0; 22,5±1,0x660,0±1,0; 22,5±1,0x665,0±1,0; 22,5±1,0x670,0±1,0; 22,5±1,0x675,0±1,0; 22,5±1,0x680,0±1,0; 22,5±1,0x685,0±1,0; 22,5±1,0x690,0±1,0; 22,5±1,0x695,0±1,0; 22,5±1,0x700,0±1,0; 22,5±1,0x705,0±1,0; 22,5±1,0x710,0±1,0; 22,5±1,0x715,0±1,0; 22,5±1,0x720,0±1,0; 22,5±1,0x725,0±1,0; 22,5±1,0x730,0±1,0; 22,5±1,0x735,0±1,0; 22,5±1,0x740,0±1,0; 22,5±1,0x745,0±1,0; 22,5±1,0x750,0±1,0; 22,5±1,0x755,0±1,0; 22,5±1,0x760,0±1,0; 22,5±1,0x765,0±1,0; 22,5±1,0x770,0±1,0; 22,5±1,0x775,0±1,0; 22,5±1,0x780,0±1,0; 22,5±1,0x785,0±1,0; 22,5±1,0x790,0±1,0; 22,5±1,0x795,0±1,0; 22,5±1,0x800,0±1,0; 22,5±1,0x805,0±1,0; 22,5±1,0x810,0±1,0; 22,5±1,0x815,0±1,0; 22,5±1,0x820,0±1,0; 22,5±1,0x825,0±1,0; 22,5±1,0x830,0±1,0; 22,5±1,0x835,0±1,0; 22,5±1,0x840,0±1,0; 22,5±1,0x845,0±1,0; 22,5±1,0x850,0±1,0; 22,5±1,0x855,0±1,0; 22,5±1,0x860,0±1,0; 22,5±1,0x865,0±1,0; 22,5±1,0x870,0±1,0; 22,5±1,0x875,0±1,0; 22,5±1,0x880,0±1,0; 22,5±1,0x885,0±1,0; 22,5±1,0x890,0±1,0; 22,5±1,0x895,0±1,0; 22,5±1,0x900,0±1,0; 22,5±1,0x905,0±1,0; 22,5±1,0x910,0±1,0; 22,5±1,0x915,0±1,0; 22,5±1,0x920,0±1,0; 22,5±1,0x925,0±1,0; 22,5±1,0x930,0±1,0; 22,5±1,0x935,0±1,0; 22,5±1,0x940,0±1,0; 22,5±1,0x945,0±1,0; 22,5±1,0x950,0±1,0; 22,5±1,0x955,0±1,0; 22,5±1,0x960,0±1,0; 22,5±1,0x965,0±1,0; 22,5±1,0x970,0±1,0; 22,5±1,0x975,0±1,0; 22,5±1,0x980,0±1,0; 22,5±1,0x985,0±1,0; 22,5±1,0x990,0±1,0; 22,5±1,0x995,0±1,0; 22,5±1,0x1000,0±1,0; 22,5±1,0x1005,0±1,0; 22,5±1,0x1010,0±1,0; 22,5±1,0x1015,0±1,0; 22,5±1,0x1020,0±1,0; 22,5±1,0x1025,0±1,0; 22,5±1,0x1030,0±1,0; 22,5±1,0x1035,0±1,0; 22,5±1,0x1040,0±1,0; 22,5±1,0x1045,0±1,0; 22,5±1,0x1050,0±1,0; 22,5±1,0x1055,0±1,0; 22,5±1,0x1060,0±1,0; 22,5±1,0x1065,0±1,0; 22,5±1,0x1070,0±1,0; 22,5±1,0x1075,0±1,0; 22,5±1,0x1080,0±1,0; 22,5±1,0x1085,0±1,0; 22,5±1,0x1090,0±1,0; 22,5±1,0x1095,0±1,0; 22,5±1,0x1100,0±1,0; 22,5±1,0x1105,0±1,0; 22,5±1,0x1110,0±1,0; 22,5±1,0x1115,0±1,0; 22,5±1,0x1120,0±1,0; 22,5±1,0x1125,0±1,0; 22,5±1,0x1130,0±1,0; 22,5±1,0x1135,0±1,0; 22,5±1,0x1140,0±1,0; 22,5±1,0x1145,0±1,0; 22,5±1,0x1150,0±1,0; 22,5±1,0x1155,0±1,0; 22,5±1,0x1160,0±1,0; 22,5±1,0x1165,0±1,0; 22,5±1,0x1170,0±1,0; 22,5±1,0x1175,0±1,0; 22,5±1,0x1180,0±1,0; 22,5±1,0x1185,0±1,0; 22,5±1,0x1190,0±1,0; 22,5±1,0x1195,0±1,0; 22,5±1,0x1200,0±1,0; 22,5±1,0x1205,0±1,0; 22,5±1,0x1210,0±1,0; 22,5±1,0x1215,0±1,0; 22,5±1,0x1220,0±1,0; 22,5±1,0x1225,0±1,0; 22,5±1,0x1230,0±1,0; 22,5±1,0x1235,0±1,0; 22,5±1,0x1240,0±1,0; 22,5±1,0x1245,0±1,0; 22,5±1,0x1250,0±1,0; 22,5±1,0x1255,0±1,0; 22,5±1,0x1260,0±1,0; 22,5±1,0x1265,0±1,0; 22,5±1,0x1270,0±1,0; 22,5±1,0x1275,0±1,0; 22,5±1,0x1280,0±1,0; 22,5±1,0x1285,0±1,0; 22,5±1,0x1290,0±1,0; 22,5±1,0x1295,0±1,0; 22,5±1,0x1300,0±1,0; 22,5±1,0x1305,0±1,0; 22,5±1,0x1310,0±1,0; 22,5±1,0x1315,0±1,0; 22,5±1,0x1320,0±1,0; 22,5±1,0x1325,0±1,0; 22,5±1,0x1330,0±1,0; 22,5±1,0x1335,0±1,0; 22,5±1,0x1340,0±1,0; 22,5±1,0x1345,0±1,0; 22,5±1,0x1350,0±1,0; 22,5±1,0x1355,0±1,0; 22,5±1,0x1360,0±1,0; 22,5±1,0x1365,0±1,0; 22,5±1,0x1370,0±1,0; 22,5±1,0x1375,0±1,0; 22,5±1,0x1380,0±1,0; 22,5±1,0x1385,0±1,0; 22,5±1,0x1390,0±1,0; 22,5±1,0x1395,0±1,0; 22,5±1,0x1400,0±1,0; 22,5±1,0x1405,0±1,0; 22,5±1,0x1410,0±1,0; 22,5±1,0x1415,0±1,0; 22,5±1,0x1420,0±1,0; 22,5±1,0x1425,0±1,0; 22,5±1,0x1430,0±1,0; 22,5±1,0x1435,0±1,0; 22,5±1,0x1440,0±1,0; 22,5±1,0x1445,0±1,0; 22,5±1,0x1450,0±1,0; 22,5±1,0x1455,0±1,0; 22,5±1,0x1460,0±1,0; 22,5±1,0x1465,0±1,0; 22,5±1,0x1470,0±1,0; 22,5±1,0x1475,0±1,0; 22,5±1,0x1480,0±1,0; 22,5±1,0x1485,0±1,0; 22,5±1,0x1490,0±1,0; 22,5±1,0x1495,0±1,0; 22,5±1,0x1500,0±1,0; 22,5±1,0x1505,0±1,0; 22,5±1,0x1510,0±1,0; 22,5±1,0x1515,0±1,0; 22,5±1,0x1520,0±1,0; 22,5±1,0x1525,0±1,0; 22,5±1,0x1530,0±1,0; 22,5±1,0x1535,0±1,0; 22,5±1,0x1540,0±1,0; 22,5±1,0x1545,0±1,0; 22,5±1,0x1550,0±1,0; 22,5±1,0x1555,0±1,0; 22,5±1,0x1560,0±1,0; 22,5±1,0x1565,0±1,0; 22,5±1,0x1570,0±1,0; 22,5±1,0x1575,0±1,0; 22,5±1,0x1580,0±1,0; 22,5±1,0x1585,0±1,0; 22,5±1,0x1590,0±1,0; 22,5±1,0x1595,0±1,0; 22,5±1,0x1600,0±1,0; 22,5±1,0x1605,0±1,0; 22,5±1,0x1610,0±1,0; 22,5±1,0x1615,0±1,0; 22,5±1,0x1620,0±1,0; 22,5±1,0x1625,0±1,0; 22,5±1,0x1630,0±1,0; 22,5±1,0x1635,0±1,0; 22,5±1,0x1640,0±1,0; 22,5±1,0x1645,0±1,0; 22,5±1,0x1650,0±1,0; 22,5±1,0x1655,0±1,0; 22,5±1,0x1660,0±1,0; 22,5±1,0x1665,0±1,0; 22,5±1,0x1670,0±1,0; 22,5±1,0x1675,0±1,0; 22,5±1,0x1680,0±1,0; 22,5±1,0x1685,0±1,0; 22,5±1,0x1690,0±1,0; 22,5±1,0x1695,0±1,0; 22,5±1,0x1700,0±1,0; 22,5±1,0x1705,0±1,0; 22,5±1,0x1710,0±1,0; 22,5±1,0x1715,0±1,0; 22,5±1,0x1720,0±1,0; 22,5±1,0x1725,0±1,0; 22,5±1,0x1730,0±1,0; 22,5±1,0x1735,0±1,0; 22,5±1,0x1740,0±1,0; 22,5±1,0x1745,0±1,0; 22,5±1,0x1750,0±1,0; 22,5±1,0x1755,0±1,0; 22,5±1,0x1760,0±1,0; 22,5±1,0x1765,0±1,0; 22,5±1,0x1770,0±1,0; 22,5±1,0x1775,0±1,0; 22,5±1,0x1780,0±1,0; 22,5±1,0x1785,0±1,0; 22,5±1,0x1790,0±1,0; 22,5±1,0x1795,0±1,0; 22,5±1,0x1800,0±1,0; 22,5±1,0x1805,0±1,0; 22,5±1,0x1810,0±1,0; 22,5±1,0x1815,0±1,0; 22,5±1,0x1820,0±1,0; 22,5±1,0x1825,0±1,0; 22,5±1,0x1830,0±1,0; 22,5±1,0x1835,0±1,0; 22,5±1,0x1840,0±1,0; 22,5±1,0x1845,0±1,0; 22,5±1,0x1850,0±1,0; 22,5±1,0x1855,0±1,0; 22,5±1,0x1860,0±1,0; 22,5±1,0x1865,0±1,0; 22,5±1,0x1870,0±1,0; 22,5±1,0x1875,0±1,0; 22,5±1,0x1880,0±1,0; 22,5±1,0x1885,0±1,0; 22,5±1,0x1890,0±1,0; 22,5±1,0x1895,0±1,0; 22,5±1,0x1900,0±1,0; 22,5±1,0x1905,0±1,0; 22,5±1,0x1910,0±1,0; 22,5±1,0x1915,0±1,0; 22,5±1,0x1920,0±1,0; 22,5±1,0x1925,0±1,0; 22,5±1,0x1930,0±1,0; 22,5±1,0x1935,0±1,0; 22,5±1,0x1940,0±1,0; 22,5±1,0x1945,0±1,0; 22,5±1,0x1950,0±1,0; 22,5±1,0x1955,0±1,0; 22,5±1,0x1960,0±1,0; 22,5±1,0x1965,0±1,0; 22,5±1,0x1970,0±1,0; 22,5±1,0x1975,0±1,0; 22,5±1,0x1980,0±1,0; 22,5±1,0x1985,0±1,0; 22,5±1,0x1990,0±1,0; 22,5±1,0x1995,0±1,0; 22,5±1,0x2000,0±1,0; 22,5±1,0x2005,0±1,0; 22,5±1,0x2010,0±1,0; 22,5±1,0x2015,0±1,0; 22,5±1,0x2020,0±1,0; 22,5±1,0x2025,0±1,0; 22,5±1,0x2030,0±1,0; 22,5±1,0x2035,0±1,0; 22,5±1,0x2040,0±1,0; 22,5±1,0x2045,0±1,0; 22,5±1,0x2050,0±1,0; 22,5±1,0x2055,0±1,0; 22,5±1,0x2060,0±1,0; 22,5±1,0x2065,0±1,0; 22,5±1,0x2070,0±1,0; 22,5±1,0x2075,0±1,0; 22,5±1,0x2080,0±1,0; 22,5±1,0x2085,0±1,0; 22,5±1,0x2090,0±1,0; 22,5±1,0x2095,0±1,0; 22,5±1,0x2100,0±1,0; 22,5±1,0x2105,0±1,0; 22,5±1,0x2110,0±1,0; 22,5±1,0x2115,0±1,0; 22,5±1,0x2120,0±1,0; 22,5±1,0x2125,0±1,0; 22,5±1,0x2130,0±1,0; 22,5±1,0x2135,0±1,0; 22,5±1,0x2140,0±1,0; 22,5±1,0x2145,0±1,0; 22,5±1,0x2150,0±1,0; 22,5±1,0x2155

80,0±1,5x37,5=1,0; 80,0±1,5x40,0±1,5; 80,0±1,5x45,0±1,5; 80,0±1,5x50,0=1,5; 80,0±1,5x60,0±1,5; 90,0±1,5x10,0±0,5;
90,0±1,5x12,0±0,5; 90,0±1,5x15,0±0,5; 90,0±1,5x20,0±1,0; 90,0±1,5x30,0±1,0; 90,0±1,5x40,0±1,5; 90,0±1,5x60,0±1,5;
100,0±2,0x20,0±1,0; 100,0±2,0x24,0±1,0; 100,0±2,0x30,0±1,5; 100,0±2,0x40,0±1,5; 120,0±2,0x20,0±1,0;
120,0±2,0x24,0±1,0; 120,0±2,0x30,0±1,5; 120,0±2,0x40,0±1,5; 120,0±2,0x60,0±1,5;
135,0±2,0x20,0=1,0; 150,0±2,0x40,0±1,5; 180,0±2,0x40,0±1,5; 5. Салфетки марлевые медицинские стерильные с Y-
образным вырезом в готовом (сложенном) виде: 5,0±0,5x5,0±0,5; 7,5±0,5x5,0±0,5; 7,5±0,5x7,5±0,5; 7,5±0,5x9,5±0,5;
8,0±0,5x4,5±0,2; 8,0±0,5x7,0±0,5; 10,0±0,5x5,0±0,5; 10,0±0,5x6,0±0,5; 10,0±0,5x7,5±0,5; 10,0±0,5x10,0±0,5;
11,5±0,5x5,0±0,5; 11,5±0,5x6,0±0,5; 11,5±0,5x7,25±0,5; 11,5±0,5x8,5±0,5; 11,5±0,5x9,5±0,5; 11,5±0,5x11,5±0,5;
14,0±0,5x8,5±0,5; 15,0±1,0x5,0±0,5; 15,0±1,0x7,5±0,5; 15,0±1,0x10,0±0,5.

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск ОКЦ 2 21.20.24.150 Код ТН ВЭД России 3005 90 310 0

сведения о серийном выпуске
ООО "ХБК Навтекс", Россия, 155830, Россия, Ивановская область, г. Наволоки,
ул. Промышленная, д. 1

наименование изготовителя
соответствует требованиям ГОСТ 16427-93, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,
ГОСТ ISO 10993-9-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2011, ГОСТ ISO 10993-13-2011, ГОСТ ISO 10993-18-2011, ГОСТ Р 52770-2016

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией)
Декларация принята на основании: протокола № 17Д.20.018 от 30.03.2018 г. ИЛ МИ ФГБУ
ФИКЦ ФМБА России, рег. RA.RU.21МИ25; протокола испытаний № 0961 от 23.03.2018 г. ИЛ
«Токсиколог», рег. РОСС RU.0001.21ИМ55; Регистрационное удостоверение № РЭН 2015/2554
от 18.12.2015 г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)
Дата принятия декларации 12.03.2019

Декларация о соответствии действительна до 11.03.2022

М.П. (подпись) И.В.Столярова
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11ИМ37,

Орган по сертификации продукции ООО «Орган по сертификации «СБ-серг»
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, 22-26, стр. 1, оф. 611

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-РУ.ИМ37.В.00016/19
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. (подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
Жидкова Наталья Ивановна



ПРИЕМ