

ПЕРЕВОД
ВЕРЕН

ПАСПОРТ

Стекла предметные для микропрепаратов

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10371 от 18.08.2011 г.

Назначение

Предметные стекла предназначены для микроскопирования в видимой области спектра для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. Данный вид расходных материалов широко применяется в цитологических, гистологических, клинико-диагностических и патологоморфологических лабораториях.

Технические характеристики

Наименование		Размер, мм (пред. откл. ± 1)	Толщина, мм (пред. откл. $\pm 0,2$)
Стекла предметные	без обработки	75x25	1,1
		75x25	1,8
	со шлифованными краями	75x25	1,1
		75x25	1,8
	со шлифованными краями и полосой для записи	75x25	1,1
		75x25	1,8

1. Изготавливаются из прозрачного бесцветного силикатного стекла.
2. Стекла предметные имеют прямоугольную форму плоскопараллельных пластин.
3. Непараллельность рабочих поверхностей предметных стекол не более 0,03 мм.
4. Неплоскостность рабочих поверхностей предметных стекол не более 0,1 мм на длине 100 мм.
5. Показатель преломления при 20°C – 1,51 \pm 0,01.
6. Коэффициент дисперсии 60 \pm 2.
7. Предметные стекла химически устойчивы к воздействию соляной кислоты и дистиллированной воды.
8. Предметные стекла не содержат пузырей, камней, царапин и свилей.

Правила эксплуатации

Изделия полностью готовы к работе. При необходимости обезжирить. Только для однократного применения. В процессе эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Во время эксплуатации изделия не должны подвергаться резким ударам. Повреждённые и битые стёкла подлежат утилизации.

Правила транспортирования и хранения

Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном месте, при постоянной температуре. При транспортировании, погрузке и выгрузке изделий следует принимать меры, обеспечивающие их защиту от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и агрессивных веществ.

Сведения об утилизации

Утилизация стекол должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.1.7.2790-10.

Производитель и место производства

«Янченг Хуида Медикл Инструментс Ко., Лтд.», Китай,
Yancheng Huida Medical Instruments Co., Ltd., West Industrial Park, Yandog, Jiangsu, China
Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd., 48 Xinxiu Road, Haimen City, Jiangsu 266100, China

Гарантия производителя

Использовать после вскрытия упаковки в течение 24 месяцев.

