

Золотой стандарт в диагностике протеинурии
- анализатор белка и креатинина в моче

URiSCAN-BK

Регистрационное Удостоверение № ФСР 2012/13596 от 06.05.2013



Широкие возможности
мониторинга лечения



Высокая точность
диагностики



Определяемые параметры:

- Белок в моче (метод пирогаллоловый красный) в диапазоне концентраций 0 – 8 г/л.
- Креатинин в моче (метод Яффе) в диапазоне концентраций 0-10 г/л.
- Автоматический расчет соотношения белок/креатинин*

*Рекомендовано ведущими профессиональными медицинскими сообществами.

Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению.

№ 2.4.1 «Для оценки протеинурии следует определять ее уровень в суточной моче или **отношение общий белок/креатинин** в разовой утренней порции мочи».

№ 2.6 «У больных с протеинурией $\geq 0,5$ г/сут для оценки тяжести поражения почек, можно использовать определение общего белка в суточной моче (суточная протеинурия) или **отношения общий белок/креатинин** в утренней порции мочи».

Анализатор URICKAN-БК

рекомендован для ЛПУ, где предъявляются особые требования к точности анализа мочи:



- педиатрического профиля;
- акушерско-гинекологического профиля;
- нефрологического профиля;
- эндокринологического профиля;
- хирургического профиля.



Подробнее о приборе
вы можете узнать на сайте



Анализатор прост и удобен в работе:



Управление анализатором осуществляется всего 3-мя кнопками и не требует специального обучения лаборанта



Результат анализа отображается на табло прибора и оперативно распечатывается на встроенном принтере



Не требуется дополнительный пересчет значений для определения соотношения белок/креатинин. Результат сразу отображается в числовом формате



Удобное пользовательское меню - пошаговый вывод необходимых операций на экран



Использование **качественных недорогих реагентов.**

Производитель:

ООО «Эйлитон»

141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, стр. 2, пом. 29

*Система менеджмента качества ООО «Эйлитон» соответствует ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ ISO 13485-2001 (ISO 13485:2003)

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, БЦ «Шереметьевский» стр. 4



+7 (495) 734-91-31 (г. Москва)
+7 (423) 230-20-39 (г. Владивосток)
+7 (383) 316-40-50 (г. Новосибирск)



office@unimed.ru
info@cereb.ru
www.unimed.ru; www.cereb.ru