



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-кк/596 от 11.10.2021.

Руководителю
ООО «Эйлитон»
141983, МО, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 29
тел. +7(495)734-91-31

На № 59/Э-ОР
от 29.09.2021 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: «Анализатор мочи для определения белка и креатинина URiSKAN-БК» по ТУ 9443-006-59879815-2012, РУ № ФСР 2012/13596 от 06.05.2013 г., сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция **не включена** в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями), и для неё **не требуется** представление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция **подпадает** под действие технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 879 (с изменениями), и для нее **требуется** представление **декларация о соответствии** требованиям данного технического регламента.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и **не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.**

Руководитель группы подготовки заключений

В.Е. Ногин

Телефон для справок: (499) 253-03-68
г. Москва, Б.Кисельный пер., д. 14, каб. 208

